

駿河湾地震に対する県内医療機関の被災状況の報告 ー第1報ー

2009年8月17日

一般社団法人 静岡県臨床工学技士会

会長 安本 晃司

災害担当 江間 信吾

会員の皆様も御承知とは思いますが、2009年8月11日5時7分 駿河湾を震源地としたマグニチュード6.6、静岡県内の最大震度6弱の地震が発生いたしました。被害に遭われた方々の早期の回復を心よりお祈り申し上げます。

静岡県臨床工学技士会では、今回の地震における県内各医療機関の被災状況を調査し、今後発生すると思われる東海地震への対策を検討していきたいと考えております。下記に県内各地区の震度と被災状況、災害ネットワークの活動状況など、現在確認できております情報を報告いたします。詳しく調査できましたら、続報として報告いたしますので、会員の皆様からの情報提供もよろしくお願ひ申し上げます。

ー地震の状況ー

発生時刻 2009年8月11日 5時7分

震源地 駿河湾

緯度 北緯 34.8度

経度 東経 138.5度

深さ 20km

規模 マグニチュード 6.6

ー県内各地区の震度ー

震度6弱 伊豆市 焼津市 牧之原市 御前崎市 伊豆市市山 焼津市宗高

牧之原市相良 牧之原市静波 御前崎市御前崎 御前崎市白羽

震度5強 東伊豆町 松崎町 西伊豆町 伊豆の国市 富士宮市 静岡駿河区

静岡葵区 静岡清水区 袋井市 菊川市 東伊豆町奈良本 松崎町江奈

松崎町宮内 西伊豆町仁科 伊豆の国市田京 伊豆の国市長岡

富士宮市野中 焼津市東小川 焼津市本町 静岡駿河区曲金

静岡葵区駒形通 静岡清水区庵原町 牧之原市鬼女新田 袋井市浅名

静岡菊川市赤土 静岡菊川市堀之内

震度5弱 下田市 河津町 南伊豆町 函南町 沼津市 長泉町 島田市 藤枝市

	吉田町 磐田市 掛川市 下田市中 下田市東本郷 東伊豆町稲取 河津町田中 南伊豆町入間 南伊豆町下賀茂 函南町平井 伊豆の国市四日町 沼津市戸田 長泉町中土狩 島田市中央町 島田市川根町 島田市金谷河原 藤枝市岡部町岡部 吉田町住吉 静岡葵区峰山 静岡葵区追手町県庁 静岡葵区追手町市役所 磐田市福田 掛川市西大淵 掛川市三俣 袋井市新屋 御前崎市池新田
震度 4	熱海市 伊東市 三島市 富士市 御殿場市 裾野市 静岡清水町 小山町 芝川町 川根本町 静岡森町 浜松中区 浜松北区 浜松浜北区 浜松天竜区
震度 3	湖西市 新居町 浜松西区
震度2以下	なし

一県内各地区の被災状況、災害ネットワークの活動状況等一

伊豆地区

下田地域の施設にて、ガラスの破損があったところがありました。
エレベーターが停止する施設が数箇所ありました。
透析治療に影響があった施設はありませんでした。
災害時ネットワークの活動は有りませんでした。

三島地区

地震による被害はありませんでした。
災害時ネットワークが起動し、FM放送を行いました。
災害時ネットワークによる情報伝達は良好に機能したとのことです。

富士・富士宮地区

1施設に於いて、震度5以上による市水道管の遮断弁作動により、断水のため透析
開始時刻の遅れがありました。
災害時ネットワークが起動し、全施設が参加、情報の提供が円滑に行われました。

沼津地区

エレベーターが停止する施設が数箇所ありました。
地震による被害はなく、災害時ネットワークは起動しませんでした。

静岡地区

現在調査中

志太榛原地区

地震による被害はありませんでした。
災害時ネットワークが起動し、情報伝達（171伝言ダイヤル、又はメーリングリ
スト）が行われました。

中東遠地区

掛川市内にて断水がありました。2施設で断水があったようです。

1施設では、市の給水車により透析を行いました。

1施設では、院内の貯水タンクにより透析を行いました。

災害時ネットワークが機能し、断水の復旧に数日を要するなら、近隣施設への依頼の可能性があると情報があったようです。

断水は、地震当日の16時30分頃復旧したようです。

浜松地区

地震による被害はありませんでした。

エレベーターが停止する施設がありました。

被害状況の報告はなく、浜松地区は震度5未満であったため、災害時ネットワークは起動しませんでした。